



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 11 декабря 2025 года № РЗН 2025/26373

Действительно до 01 января 2028 г.

На медицинское изделие

Инфузионный набор для инсулиновой помпы AARUY AR-B200A

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

**Общество с ограниченной ответственностью "Петромед" (ООО "Петромед"),
Россия, 143964, Московская область, г. Реутов, ул Дзержинского, д. 6, к. 2, кв. 6**

Производитель

**"Аруй Медикал Гуандун Ко. Лтд.", Китай,
AARUY Medical (Guangdong) Co., Ltd., Room 101, Building 3 No. 1, Taoyuan Rd
Songshanhu Park, Dongguan Guangdong 523000 China**

Место производства медицинского изделия

**AARUY Medical (Guangdong) Co., Ltd., Room 101, Building 3 No. 1, Taoyuan Rd
Songshanhu Park, Dongguan Guangdong 523000 China**

Номер регистрационного досье № РД-106522/105426 от 28.11.2025

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 26

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности 32.50.50.190

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

приказом Росздравнадзора от 11 декабря 2025 года № 5875
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0085379

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 11 декабря 2025 года № РЗН 2025/26373

Действительно до 01 января 2028 г.

Лист 1

На медицинское изделие

Инфузионный набор для инсулиновой помпы AARUY AR-B200A, в составе:

1. Инфузионный набор в вариантах исполнения:

- инфузионный набор с мягкой иглой 6 мм, модель AR-I06B (не менее 1 шт.);
- инфузионный набор с мягкой иглой 9 мм, модель AR-I09B (не менее 1 шт.);
- инфузионный набор-патч с мягкой иглой 6 мм и с трубкой для инфузии 60 см, модель AR-I06060A (не менее 1 шт.);
- инфузионный набор-патч с мягкой иглой 9 мм и с трубкой для инфузии 60 см, модель AR-I09060A (не менее 1 шт.).

2. Основание помпы для пластырного типа, модель AR-D30B (не менее 1 шт.).

3. Эксплуатационная документация - 1 шт.

2

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0169859